

COMPAC



Type 210 standard



Type 220 Perpendicular



Type 230 Parallel

Fühlehebelmessgeräte Indicateurs à levier Dial test indicators

Unentbehrliche Messgeräte für Indispensables pour l'atelier et Essential for the workshop, but den Einsatz im Werkstatt bis hin le laboratoire de mesure – Se also in the inspection room or zu Messraum und Prüflabo- prêtent idéalement à la me- measuring laboratory – Ideal for ratorium – Ideal für Unter- sure comparative sur un mar- comparative measurement on a schiedsmessungen auf der bre de contrôle – Saisissent surface plate – Detect form and Prüfplatte – Sie dienen zum les erreurs de forme et de po- position errors – Measure axial Messen von Form- und Lage- sition – Mesurent le battement and radial runouts, especially. abweichungen, im besonderen axial et radial, en particulier. von Rund- und Planlauf

- grosse Messwege bis 3 mm
- Gleich Laufrichtung des Zeigers in beiden Messrichtungen (Uhrzeigersinn)
- Lager des Messeinsatzes mit überdimensionierten und selbst-einstellenden Schulterlagern
- Sehr kleine Grenzwerte der Messabweichungen
- Longue course jusqu'à 3 mm.
- Même sens de rotation des aiguilles dans les deux directions de mesure (sens des aiguilles d'une montre).
- Pivotement principal sur roulement obliques, à alignement automatique, largement dimensionnées.
- Très petite champs d'erreurs
- long measuring range ap to 3 mm
- Same direction of the indicator in both measurig directions (clockwise direction)
- principal bearings oversized allowing self adjusting
- extreme small error deviations

Best.Nr. no.cde. order no.	Bezeichnung désignation designation	esseberei Champs Range [mm]	Kleinste Zifferneinheit résolution resolution [mm]	Zifferblatt cadran dial [mm]	Rundskala helle circulai Dial [mm]	Kat. Preis* prix cat. cat. Price CHF
8.COMP10.060_116						
8COMP10.060	213/Standard	1,5	0,01	27	0÷25÷50	201.00
8COMP10.080	213G/Standard	1,5	0,01	40	0÷25÷50	213.00
8COMP10.041	212L/Standard	3	0,01	27	0÷50÷100	279.00
8COMP10.040	212GL/Standard	3	0,01	40	0÷50÷100	293.00
8COMP10.100	215/Standard	0,6	0,002	27	0÷5÷10	252.00
8COMP10.120	215GL/Standard	0,6	0,002	40	0÷5÷10	259.00
8COMP10.1205	215GL/Standard	1,2	0,002	40	0÷10÷20	315.00
8COMP10.121	216G/Standard	0,6	0,001	40	0÷5÷10	284.00
8COMP10.122	222GL/Perpendicular	3	0.01	27	0÷50÷100	342.00
8COMP10.132	232GL/Parallel	3	0.01	40	0÷50÷100	395.00

* Verlangen Sie unsere Tagespreise/demandez nos prix de jour

TESATAST standard



Fühlhebelmessgeräte Indicateur à levier Dial Test Indicator

Unentbehrliche für die Werkstatt u. Pour l'atelier et le laboratoire de den Messraum.Ideal für Unter- mesure.comparative For use on the shop floor or in the Messraum.Ideal für Unter- mesure.comparative inspection room. Determine form, schiedsmessungen, z.B. auf der sur un marbre de contrôle, par shape and position deviations as well Prüfplatte.Messungen von Form-, exemple.Ils saisissent les erreurs as axial and runout errors. Bidirectionalsmessungen, im de forme et de position et mesu- rectional measuring with auto- besonderen von Rund-u.Planlauf. rent le battement axial et radial, en particulier.Mesure bidirectionnelle providing errorfree reading.Insensitive to magnetic fields.Jewelled lrrtumsfreies Ablesen durch stets l'intérieur même du mouvement. movement with 7 rubies.Ballbearing gleiche Laufrichtung des Zeigers. Lecture sans équivoque par la rotation toujours identique de l'aiguille. Movement à 7 rubis. Système à lever sur palier à billes. Inclinaison de la touche sur 240°. Force de Unempfindlich gegen magnetische Mouvement à 7 rubis. Système à levier sur palier à billes. Inclinaison de la touche sur 240°. Force de Unempfindlich gegen magnetische Messung. Messung très faible. Robustes avec Besonders robust durch die Ganz- une exécution entièrement métallique.

Best.Nr. no.cde. order no.	Messbereich Champs Range [mm]	Zifferwert sésolution resolution [mm]	Zifferblatt cadran dial [mm]	Skala Echell circ. Circular scale [mm]	Kat. Preis prix cat. cat. Price CHF
8.TE18.10005_116					
8TE18.10005	0,8	0,01	28	0 ÷ 0,4 ÷ 0	104.00
8TE18.10006	0,8	0,01	38	0 ÷ 0,4 ÷ 0	117.00
8TE18.10007	0,5	0,01	28	0 ÷ 0,25 ÷ 0	169.00
8TE18.10008	0,5	0,01	38	0 ÷ 0,25 ÷ 0	186.00
8TE18.10009	0,2	0,002	28	0 ÷ 100 ÷ 0	153.00
8TE18.10010	0,2	0,002	38	0 ÷ 100 ÷ 0	135.00
8TE18.001695S	0,2	0,001	38	0 ÷ 100 ÷ 0	194.00